Registro Diário de Temperatura – Geladeira de Vacinas

Objetivo: Garantir o monitoramento diário da temperatura da geladeira que armazena vacinas, assegurando condições ideais de conservação entre **+2°C e +8°C**.

Instruções de Preenchimento:

A verificação das temperaturas das geladeiras de vacina deve ocorrer pelo menos duas vezes ao dia. Os passos para verificação das temperaturas mínima e máxima das geladeiras são os seguintes:

1. **Data:** Anote o dia/mês/ano da medição.
2. **Horário da Verificação:** Registre o horário em que a temperatura foi medida (ex: 08h, 12h, 18h).
3. **Temperatura Mínima (°C):** Registre a menor temperatura indicada no termômetro de máxima/mínima (normalmente aparece com "Min" no visor digital).
4. **Temperatura Máxima (°C):** Registre a maior temperatura indicada no mesmo termômetro (normalmente aparece com "Min" no visor digital).
5. **Temperatura Atual (°C):** Registre a temperatura no momento da leitura.
6. **Responsável:** Coloque o nome ou as iniciais da pessoa que fez a leitura.
7. **Reset:** Após cada leitura, **reinicialize o termômetro de máxima/mínima** para garantir a leitura correta no próximo período. Aperte o botão Reset/ Clear / Reiniciar para apagar os registros anteriores.
8. **Observações:** Quando o termômetro possuir as opções de leitura In/Out, registrar a temperatura medida em Out, indicada na ponta do sensor inserido dentro da geladeira. Caso a temperatura esteja fora da faixa permitida ou caso haja qualquer problema (ex: falta de energia, porta aberta por muito tempo), faça o registro da ocorrência.